CSCQ Ringversuch zur 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung

Anleitung für Sysmex XE-5000

Um eine korrekte 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung zu erhalten, bitten wir Sie diese Anleitung zu befolgen:

1. Einstellung am Sysmex XE-5000 Gerät:
    a. „Manual Mode“ wählen
    b. „Sample No“: **QC-123**
    c. „Mode“: 1: Manual
    d. „Discrete“: 4: CBC+DIFF+NRBC
    e. „Enter“

2. Messung im manuellen Modus durchführen.

3. Die Resultate werden nur im „Explorer“ gespeichert.