## CSCQ Ringversuch zur 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung

## Anleitung für Sysmex XS-1000i und Sysmex XS-800i

Um eine korrekte 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung zu erhalten, bitten wir Sie diese Anleitung zu befolgen:

1. Proben Erfassung:
    a. „Manuell“ wählen **(1)**
    b. „Probennummer“: **QC-123** **(2)**
    c. „Profil“: CBC+DIFF **(3)**
    d. „OK“ **(4)**



2. Wenn das „Hilfe-Fenster“ **(5)** aufgeht
    a. den Alarm ausschalten **(6)**
    b. „Akzeptieren“ **(7)** wählen
    c. und das Fenster „Schliessen“ **(8)**




3. Messung im manuellen Modus durchführen.

4. Die Resultate werden nur im „Explorer“ gespeichert.